



ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΜ/ΝΙΑ... 04-04-2018
 Αριθ. Πρωτ... 7509
 ΕΡΦΟ... 89011
 ...
 ...

Προς:
 Την ΜΟΔΥ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 ΞΑΝΘΗ
 Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454

Α.Π.ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.: 7509
 Ημερομηνία 04/04/2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην **ανάρτηση** της συνημμένης **Πρόσκλησης** υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της πράξης «INFRAFRONTIER-GR/RHENOTYPOS Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), **Υποέργο 5** «Υποστήριξη δράσεων φιλοξενίας για την ενίσχυση περιφερειακών έργων φαινοτυπικής ανάλυσης» **ΚΕ-82011** του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», που αφορά σε **ανάθεση προμήθειας**, με τη διαδικασία της "Απευθείας Ανάθεσης" με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **€16.800 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.**

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι είναι αναγκαία η παρέμβαση και ο διαχωρισμός με γυψοσανίδες δύο χώρων σε προθάλαμο και κύριο χώρο, η βελτίωση - αναβάθμιση μέρους του υπάρχοντος εξοπλισμού κλιματισμού που είναι εγκατεστημένος και εξυπηρετεί τους χώρους αυτούς στο κτίριο πειραματόζων (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Κ.Κ.Μ.), η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με σκοπό την αυτονομία διαχείρισης του κλιματισμού στους παραπάνω χώρους του Εργαστηρίου-Εκτροφείου πειραματόζων, της καθηγήτριας Ιωάννας Μαρουλάκου, για τους οποίους για τη λειτουργία τους απαιτούνται αυστηρές συνθήκες ελέγχου (Θερμοκρασία, φιλτραρίσματα & ανανεώσεων νωπού αέρα, υγρασία, υπερπίεσης, κλπ) λόγω της ειδικής χρήσης αυτών ως μονάδα φιλοξενίας μυών- πειραματόζων για την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων και ενίσχυση περιφερικών έργων φαινοτυπικής ανάλυσης, με χρηματοδότηση της Ελληνικής Ερευνητικής υποδομής «InfrafrontierGR/Phenotypos».

Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:



Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.

Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Ιωάννα Μαρουλάκου

Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.



Ημερομηνία 04/04/2018

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή:	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:	"Απευθείας" Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας:	Προμήθεια αγαθών-υλικών
Τίτλος Προμήθειας:	Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:	16.800
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):	4.032
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:	Πράξη «INFRAFRONTIER-GR/PHENOTYPOS Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), Υποέργο 5 «Υποστήριξη δράσεων φιλοξενίας για την ενίσχυση περιφερειακών έργων φαινοτυπικής ανάλυσης»
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:	Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:	ΚΕ-82011
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης:	ΟΠΣ (MIS) 5002135
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> για το σύνολο της προμήθειας (ή ανά ομάδα ειδών)
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):	Κα Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., email: imaroula@mbg.duth.gr
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:	Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 ώρα 14:00
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:	
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:	Γραφείο κας Μαρουλάκου, ισόγειο, κτίριο 10 Τμήματος



Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστημιούπολη
Δραγάνας, Τ.Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30666
Γραφείο κας Μαρουλάκου, ισόγειο, κτίριο 10 Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πανεπιστημιούπολη
Δραγάνας, Τ.Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30666
Τσομπανούδης Σωτήριος, Τηλ. Επικοινωνίας: 25510
30517, 6948533007 email:stsomp@alex.duth.gr

Β. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά

Β1. Περιγραφή του έργου

Σύντομη περιγραφή του έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης.

Β2. Πίνακας ειδών προς προμήθεια

α/α Είδος	CPV	Είδος προς προμήθεια	Ποσότητα	Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) (€)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	ΦΠΑ (€)	Συνολική αξία (€)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	42511110-5	Αντλία θερμότητας αέρα – νερού (7 kw) σε θέρμανση/ψύξη.	2	5.460,00	24	1.310,40	6.770,40
2	42533000-1	Κιβώτιο Φίλτρων H13	2	1.050,00	24	252,00	1.302,00
3	34928230-9	Ηχοπαγίδες (1.000 m ³ /h)	2	1.050,00	24	252,00	1.302,00
4	42512200-0	Inverter (1 kw)	2	525,00	24	126,00	651,00
5	31100000-7	Τρίοδη βάνα 1 in + σερβοκινητήρας	2	735,00	24	176,40	911,40
6	42943210-3	Θερμοστάτης – Ελεγκτής	2	420,00	24	100,80	520,80
7	44161100-7	Αεραγωγοί (30*30)	16	420,00	24	100,80	520,80
8	44160000-9	Σωληνώσεις φ22	50	630,00	24	151,20	781,20
9	44162300-6	Στόμια προσαγωγής (40*40)	2	105,00	24	25,20	130,20
10	44162300-6	Στόμια Απαγωγής (30*30)	2	63,00	24	15,12	78,12
11	44162300-6	Στόμια απόρριψης (60*30)	2	105,00	24	25,20	130,20
12	42514310-8	Σακκόφιλτρα κατηγορίας F8	4	252,00	24	60,48	312,48



13	42514310-8	Απόλυτα φίλτρα H13	4	420,00	24	100,80	520,80
14	42514310-8	Πρόφιλτρα κατηγορίας G3	4	210,00	24	50,40	260,40
15	44110000-1	Υλικά για την κατασκευή του κυρίως χώρου και προθάλαμου.	2	1.890,00	24	453,60	2.343,60
16	42533000-1	Κοινό στοιχείο Θερ./ψύξης (7kw)	2	735,00	24	176,40	911,40
17	39717100-2	Ανεμιστήρες Προσαγωγής (1kw)	1	735,00	24	176,40	911,40
18	39717100-2	Ανεμιστήρες επιστροφής (1 kw)	1	735,00	24	176,40	911,40
19	31211300-1	Ασφαλειοδιακοπτικό υλικό	1	315,00	24	75,60	390,60
20	44321000-6	Καλώδια διάφορων διατομών	1	210,00	24	50,40	260,40
21	42512510-6	Υγραντήρας ψεκάσμού με διαχωριστήρα σταγονιδίων	2	735,00	24	176,40	911,40
Σύνολο				16.800,00		4.032,00	20.832,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας: **16.800,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 4.032,00).**

B3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αφορούν, την παρέμβαση και διαχωρισμό με γυψοσανίδες δύο χώρων σε προθάλαμο και κύριο χώρο, τη βελτίωση - αναβάθμιση μέρους του υπάρχοντος εξοπλισμού κλιματισμού που είναι εγκατεστημένος και εξυπηρετεί τους χώρους αυτούς στο κτίριο πειραματόζων (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Κ.Κ.Μ.), την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με σκοπό την αυτονομία διαχείρισης του κλιματισμού στους παραπάνω χώρους του Εργαστηρίου-Εκτροφείου πειραματοζών, της καθηγήτριας Ιωάννας Μαρουλάκου, για τους οποίους για τη λειτουργία τους απαιτούνται αυστηρές συνθήκες ελέγχου (θερμοκρασίας, φιλτραρίσματος & ανανεώσεων νωπού αέρα, υγρασία, υπερπίεσης, κλπ) λόγω της ειδικής χρήσης αυτών ως μονάδα φιλοξενίας μυών- πειραματοζών για την υποστήριξη ερευνητικών δράσεων και ενίσχυση περιφερικών έργων φαινοτυπικής ανάλυσης, με χρηματοδότηση της Ελληνικής Ερευνητικής υποδομής «InfrafrontierGR/Phenotypos».

Συνθήκες σχεδιασμού εγκατάστασης.

Εξωτερικές συνθήκες:	
Χειμώνας	Καλοκαίρι
2°C	30°C
Εσωτερικές συνθήκες:	
22°C	26°C
Σχετική υγρασία χώρου RH 45-65%	



1. **Περιγραφή Εγκατάστασης:**

A. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)

Ο κλιματισμός των χώρων θα γίνει με τις υπάρχουσες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) 100% νωπού αέρα οι οποίες θα βελτιωθούν και θα διαθέτουν:

- Κιβώτιο ανεμιστήρα προσαγωγής με παροχή ανεμιστήρα προσαγωγής 800- 1000m³/ώρα, στατική πίεση 500-800Pa, ενδεικτική ισχύς 0,5KW.
- Κιβώτιο ανεμιστήρα επιστροφής με παροχή ανεμιστήρα επιστροφής 600-800m³/ώρα, στατική πίεση 200Pa, ενδεικτική ισχύς 0,3KW.
- Κιβώτιο στοιχείου νερού με κοινό θερμαντικό ψυκτικό στοιχείο ονομαστικής απόδοσης το ελάχιστο 7KW.
- Υγραντήρα ψεκασμού με διαχωριστήρα σταγονιδίων.
- Κιβώτιο φίλτρων (σακκόφιλτρα κατηγορίας F8).
- Πρόφιλτρα κατηγορίας G3 στην είσοδο νωπού.
- Σακόφιλτρα F8.
- Κιβώτια ηχοαπορροφητήρων στην προσαγωγή και στην επιστροφή ώστε να επιτυγχάνεται στάθμη θορύβου <=35 db.αλλαγες
- Μετά τον ηχοαπορροφητήρα της προσαγωγής θα υπάρχει κιβώτιο προφίλτρων G3 και απόλυτων φίλτρων H13.
- Τρίοδη βάνα πριν το στοιχείο νερού με αναλογικό σερβοκινητήρα.

Σημειώνεται ότι:

- i) Θα πρέπει να διασφαλίζεται υπερπίεση του εσωτερικού χώρου ως προς τον προθάλαμο, της τάξης του 10-15%.
- ii) Θα γίνονται το ελάχιστο δέκα ανανεώσεις του αέρα ανά ώρα στο χώρο των πειραματόζων.

B. Αντλία θερμότητας (heat pumps)

Για την αυτόνομη λειτουργία του ο κάθε χώρος θα υποστηρίζεται μέσω της Κ.Κ.Μ. από μία αντλία θερμότητας :

- Θα είναι τύπου αέρα –νερού ονομαστικής ισχύος το ελάχιστο 7 KW σε ψ/θ.
- Θα έχει ενσωματωμένο κιτ υδραυλικής σύνδεσης που θα περιλαμβάνει κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, αυτόματο πλήρωσης, πρεσοστάτη ή διακόπτη ροής.
- Στο κύκλωμα του νερού θα υπάρχει κατάλληλο αντιπαγωτικό υγρό.

Γ. Προβλέπονται ακόμα τα ακόλουθα όργανα αυτοματισμού λειτουργία της μονάδας:

- Ρυθμιστής Inverter για τον έλεγχο στροφών των ανεμιστήρωντων Κ.Μ.Κ. (1KW).
- Διακόπτης 3 θέσεων [ΧΕΙΜΩΝΑΣ-OFF-ΘΕΡΟΣ] για την εκκίνηση των α.θ,
- Θερμοστάτης –ελεγκτής για τον έλεγχο της 3/οδης βάνας με βολβό τοποθετημένο στο ρεύμα απαγωγής και περιστροφικό χειριστήριο ρυθμίσεως της θερμ/σίας.
- Υγροστάτης για τη ρύθμιση της σχ. Υγρασίας.

Δ. Δίκτυα Κλιματισμού (Αεραγωγοί – Στόμια)

Δ.1 Αεραγωγοί



Η μεταφορά αέρα από τις κλιματιστικές μονάδες προς και από τους χώρους θα γίνεται μέσω δικτύων αεραγωγών, οι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6χιλ και μονωμένοι με μονωτικό τύπου frelen πάχους 10χιλ.

Στις συνδέσεις των αεραγωγών με τις ΚΚΜ θα υπάρχουν κατάλληλοι αντικραδασμικοί σύνδεσμοι.

Δ.2 Στόμια

Τα στόμια προσαγωγής θα είναι με καμπύλα πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων με εσωτερικό διάφραγμα, ενώ τα στόμια απαγωγής/εξαερισμού θα είναι μίας σειράς σταθερών πτερυγίων με εσωτερικό διάφραγμα και τα στόμια απόρριψης θα είναι τύπου νωπού αέρα με εσωτερικό πλέγμα προστασίας.

Σημειώνεται ότι:

- ❖ Θα πρέπει να διασφαλίζεται υπερπίεση του εσωτερικού χώρου ως προς τον προθάλαμο, της τάξης του 10-15%.
- ❖ Θα γίνονται το ελάχιστο δέκα ανανεώσεις του αέρα ανά ώρα στο χώρο των πειραματόζων.
- Τα μηχανήματα τύπου (heat pumps), θα είναι ενεργειακής απόδοσης A+ τουλάχιστον, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE, ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) ίσος ή μεγαλύτερος από 4,00 και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση (SCOP) ίσος ή μεγαλύτερος από 5,00.
- Το ψυκτικό υγρό (Freon) θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές για τον άνθρωπο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (πχ R410a, R417a, R32 ή αντίστοιχο)
- Η λειτουργία των (ΚΚΜ)θα πρέπει να είναι αθόρυβη ≤ 35 db.
- **Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης του συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος διατηρώντας τις προηγούμενες ρυθμίσεις.**
- Η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων θα γίνει σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στις εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι αναγκαίες σωληνώσεις διασύνδεσης εσωτερικής – εξωτερικής μονάδας μέχρι 15 μέτρα, η ηλεκτρική παροχή με την απαιτούμενη καλωδίωση μέχρι 30 μέτρα και ασφαλοδιακοπτικά υλικά.
- Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή πάνω στο δώμα, ανάλογα με την περίπτωση. Καμία μονάδα δεν θα ακουμπά στο δάπεδο.
- Όλες οι σωληνώσεις διασύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα θα είναι μονωμένες με συνθετικό υλικό, τύπου "Armaflex" πάχους 9 mm τουλάχιστον. Όπου οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα σε εσωτερικούς χώρους και γενικότερα όπου είναι εμφανείς θα τοποθετηθούν μέσα σε κανάλι πλαστικό αναλόγων διαστάσεων.
- Σωλήνας αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων θα τοποθετηθεί επίσης και στην εξωτερική μονάδα, ο οποίος θα καταλήγει στην στάθμη του εδάφους (ή τον αγωγό όμβριων), ανεξαρτήτως ύψους θέσεως της συσκευής.
- Οι οδεύσεις των καλωδίσεων θα γίνουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, εντός των ψευδοροφών, ενώ στα ορατά σημεία θα εγκιβωτίζονται εντός επίτοιχου πλαστικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων και χρώματος, για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος. Τα ηλεκτρολογικά κανάλια θα εγκατασταθούν πλήρη με όλα τα στηρίγματα, γωνίες, μικροεξαρτήματα και υλικά που θα χρειαστούν.
- Τα καλώδια και οι σωλήνες σύνδεσης εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα εγκιβωτισθούν εντός επίτοιχων πλαστικών ηλεκτρολογικών καναλιών κατάλληλων διαστάσεων. Τα ηλεκτρολογικά κανάλια θα εγκατασταθούν πλήρη με όλα τα στηρίγματα, γωνίες, μικροεξαρτήματα και υλικά που θα χρειαστούν.

Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα α) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή



γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.
3. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.
4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο **εκπρόθεσμα**, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
8. Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειριστά, σε άριστη κατάσταση και όχι ανακατασκευασμένα.
9. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.
10. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
11. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.



14. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς στην προσφορά και θα συνεκτιμώνται.
15. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
16. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει- παραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
17. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
18. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
19. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια, πρέπει να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση, τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service) ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία της προμήθειας.
20. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας (ή ανά ομάδα ειδών), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις ως άνω τεχνικές απαιτήσεις.
21. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το **σύνολο της προμήθειας**. Προσφορές που θα αφορούν μεμονωμένα είδη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται και το κόστος ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ).
22. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
23. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της **Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων**, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 αυτού (όπως όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους **0,06%**, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1191 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 969/22-03-2017), και δυνάμει του άρθρου 350, παρ. 3, του Ν.4412/2016, σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται από 22-03-2017, κράτηση 0,06% υπέρ της **Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)**, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας



κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του της Υ.Α.1191, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

25. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θράκης.
26. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.
27. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε, κάθε εργασία, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή αλλαγή εξαρτημάτων στον υπάρχοντα εξοπλισμό (Κ.Κ.Μ.), τοποθέτηση νέου υλικού σε αυτόν, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά, .
28. **Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν γνώση των χώρων του κτιρίου για την εγκατάσταση των εξωτερικών, και την αναβάθμιση των εσωτερικών μονάδων, οδεύσεις σωληνώσεων, οδεύσεις καλωδιώσεων κλπ. πριν τη κατάθεση της προσφοράς τους.**
29. Οι κλιματιστικές μονάδες τύπου (Αντλία θερμότητας αέρα – νερού) θα είναι γνωστών και αξιόπιστων εταιρειών στο χώρο και θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε έτη για τον (συμπιεστή) και δύο έτη για τα υπόλοιπα μέρη (ηλεκτρικά –ηλεκτρονικά & μηχανικά) μέρη του υπόλοιπου εξοπλισμού.
30. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο εγγύησης στην περιοχή της εγκατάστασης αυτών. Η ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα θα πρέπει να είναι της τάξης της μίας εργάσιμης ημέρας από την γνωστοποίηση του προβλήματος στον προμηθευτή.
31. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει εγχειρίδια λειτουργίας (αν είναι εφικτό στα ελληνικά).
32. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας ή συντήρησής των και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.).
33. Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπάρχοντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο.
34. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους των συνεργείων του και των χρηστών του κτιρίου.
35. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να παραδώσει τον χώρο εργασίας καθαρό απαλλαγμένο από απορρίμματα με δικές του φροντίδες και δαπάνες, τα δε άχρηστα υλικά να τα μεταφέρει εκτός Πανεπιστημίου με δαπάνες του.
36. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανόνων και με την έγκριση της επίβλεψης.
37. Τα συνεργεία τα οποία θα προβαίνουν στις εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 01/2013. Περαιτέρω οι εργασίες που αφορούν την ανάκτηση και τη



διακίνηση των ψυκτικών ρευστών, θα πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο Μηχανικό (Π.Ε./Τ.Ε.) ή Εργοδηγό Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ή αρχιτεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ο οποίος θα εκδίδει και τα απαιτούμενα, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, έγγραφα. Αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων αδειών/πιστοποιητικών των μελών των συνενργείων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στοιχεία του υποψηφίου :

Επωνυμία:
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : / **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**
Διεύθυνση:
Αριθμό τηλεφώνου: **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**
e-mail: **(Είναι απαραίτητο στοιχείο)**

Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με "Απευθείας ανάθεση" : «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης.»

Κωδικός Έργου: ΚΕ-82011

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια ΔΠΘ»

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Γραφείο κας Μαρουλάκου, ισόγειο, κτίριο 10 Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, Τ.Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2551030666, 2551030517, 6948533007

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό ανάθεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:

- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου νομικού προσώπου: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις



του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε., στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας)

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: **α)** συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), **β)** δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, **γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), **δ)** τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, **ε)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), **στ)** παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Το εν λόγω απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται υποχρεωτικά:



- ο στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
 - ο στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.**

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου

Ιωάννα Μαρουλάκου
Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.